救命処置用資機材

仕　様　書

平成 27 年度

名張市

第１　　総　　則

１．この仕様書は、名張市（以下「発注者」という。）が平成 27 年度に購入する消防ポンプ自動車（水槽付 CD-Ⅰ）（以下「車両」という。）に積載する救命処置用資機材（以下「資機材」という。）について必要な事項を定めるものである。この資機材は、大規模・特殊災害において県内外への応援出動に備え、迅速かつ的確な人命救助活動を展開することを目指して緊急消防援助隊に登録する車両に積載するものである。

２．受注者の責務

（１）資機材は、その機能を損なうことなく、安全で確実な方法で積載すること。

（２）資機材が故障等でその機能を損ない、業務に支障をきたす場合には、受注者が早急に修理、交換等の処置をすること。

（３）資機材の積載（位置、方法、配線等）については、発注者及び車両納入業者と細部にわたり十分な打ち合わせを行うこと。

（４）資機材の積載に係る固定金具等の設置は受注者がすること。

（５）本仕様書に明記したもの以外の資機材を使用する場合は、同等以上の性能を有するものを発注者の承認を得たうえ、使用すること。

（６）受注者は、本仕様書に明記されていない事項があった場合でも、資機材メーカーの公表した仕様及び積載は良心的にこれを施すこと。

（７）本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。

（８）納入期限は、平成２８年３月１８日とし、車両に積載し運用できる状態とする。

（９）資機材の保証期間は、メーカー等の公表した保証書に記載されている期間とし、故障が生じたときは、受注者の責任において無償で修理又は交換等、必要な処置を講ずること。ただし、当方の事故及び過失によるときはこの限りでない。

　なお、構造的欠陥または材質不良等、製作上隠れたる瑕疵による故障のときは、資機材の使用期間中、同様の保証をすること。

(10) 資機材を積載するにあたり、設計及び製作材料等について特許・意匠登録等、権利上の問題が提起されたときは、受注者がその責任を負うものとする。

第２　　提出書類

１．資機材を積載する前には、仕様内容について発注者と打ち合わせを行い、次のものを提出し、事前に発注者の承認を受けること。

（１）車両の資機材積載配置図　　２部

（２）工程表（車両納入業者と調整すること。）　　２部

（３）その他、発注者が必要と認めたもの

２．納入時に以下の書類を発注者に一括ファイル(Ａ４版)で提出すること。

（１）資機材(付属品を含む)一覧表　　２部

（２）取扱説明書　　１部

（３）保証書　　１部

（４）写真

ア．資機材、付属品　　２部

イ．取付状況　　２部

（５）その他、発注者が必要と認めたもの

第３　資機材

本仕様書で指定する資機材は別紙一覧表のとおりとし、積載位置は発注者と協議したうえ決定すること。

第４　完成受入検査等

１．発注者が本仕様書､承認図及び打ち合わせ事項に基づき完成受入検査を実施するものする。

２．その他、発注者が必要とする検査事項等は別途指示に従うこと。

第５　その他

納入後に資機材の取り扱いについて説明すること。

以　上

救命処置用資機材

項目	メーカー名	品番、型式	数量
自動心マッサージ	ルーカス	LUCAS2心臓マッサージシステム（本体、バッテリー×２、AC電源アダプター、充電器）	1式
	ルーカス	キャリーバッグ（LUCAS2心臓マッサージシステム収納バッグ）	1
	ルーカス	患者ストラップ（左右） 1セット	2
	ルーカス	安定ストラップ	2
AED	レールダル	ハートスタートFR3	1
吸引器	新鋭工業	携帯用吸引器パワーミニックVL-60	1
蘇生　資器材	ファーノ	モデル301Jインハレーター2	1
	ファーノ	インハレーター用アダプタ（アンブ、レールダル用）	1
	アンブ	蘇生バック マークⅣ 成人用	1
	アンブ	蘇生バック マークⅣ ベビー用	1
観察　資器材	ワコー商事	EMSスタンダードウエストバック	1
	リットマン	聴診器 リットマン マスタークラッシックⅡ 2144L（ブラック）	1
	ウェルチアリン	デュラショック血圧計 DS45・ゲージー体型（成人用中、小児用） 各1	1
	オムロン	オムロンコーリンパルスオキシメータ（クリッププローブ附属）	1式
	ウェルチアリン	ハロゲンプロフェッショナブルライト 単4電池2個付き	1
	はさみ	レスキューシザー	1
	ウェルチアリン	喉頭鏡セット（ハンドスタンダード、ブレード マッキントッシュ型サイズ 1、2、3、4）	1式